



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.М.000350.10.21 от 29.10.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: размещение, эксплуатация, техническое обслуживание, хранение рентгеновского компьютерного томографа "Somatom Emotion 16" mod. №10165880 Rev 00 (зав. №32485, 2009 г.в.)

Общество с ограниченной ответственностью "МРТ-ВТ", 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Монтажников, дом 1 М (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "МРТ-ВТ", 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Монтажников, дом 1 М (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-2010 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт по результатам обследования от 27.10.2021г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; протокол радиационного (дозиметрического) контроля в рентгеновском кабинете, смежных помещениях и на прилегающей территории от 28.09.2021 № 193 ДК/09-21; протокол периодических испытаний медицинского рентгеновского оборудования от 19.10.2021г. № 227 ЭП/10-21 ЛРК ООО "Интертехмед" (аттестат аккредитации №РА.RU.21АЖ08, выданный Федеральной службой по аккредитации).



Заключение действительно до 29.10.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.А.Зотов

Ф. И. О. подпись, печать

№ 3267396